



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-10111/09.07 2020 г.

ДО

„СС ГРУП – 1“ ЕООД
УЛ. „БАЛКАНСКА ЗОРА“ №8
ГР. ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Монтиране на машина за извършване на физичен процес по фракциониране на опасни болнични отпадъци с код 18 01 03* за получаване на отпадък с код 18 01 04**“ в поземлен имот с идентификатори 56784.509.150, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН

,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-10111/22.06.2020 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда монтиране на машина за извършване на физичен процес по фракциониране на опасни болнични отпадъци с код 18 01 03* за получаване на отпадък с код 18 01 04 в поземлен имот с идентификатори 56784.509.150, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив. Машината за автоклавиране е самостоятелно съоръжение, което се монтира в закрито помещение и се подвързва към електрозахранване и чиста питейна вода. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура. Съоръжението автоклав ще се използва за третиране на ОБО смисъла на Наредба 2/2014 за класификация на отпадъците с код 18 01 03*-отпадъци, чието събиране и обезвреждане на обект на специални изисквания с оглед предотвратяване на инфекции, като резултат на третирането ще се получи отпадък с код 18 01 04 – отпадъци чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания с оглед предотвратяване на инфекции. Автоклавът за стерилизиране на ОБО функционира с наситена пара като стерилизиращ агент. Дейностите за постигане на стерилизация са следните:

- Разтоварване в зоната за прием на отпадъци ОБО с код 18 01
- След разтоварване, отпадъците се подреждат и складират до обработката им, като максималното едновременно налично количество за временно съхранение ще е до 3 тона.
- Приетите отпадъци [ОБО с код 1 8 01 03*/ се пакетират в термоустойчиви чували с висока пропусклива способност на въздух/пара.
- Чувалите с пакетирани ОБО се изтеглят на везна и се зареждат в стерилизационната камера на автоклава.
- Затваря се херметично вратата на камерата и се включва програмата за стерилизация.



- След края на програмата камерата се отваря и се изваждат чувалите с обработените отпадъци вече стерилизирани с код 18 04/ в другата част на помещението към мястото за временно съхранение, до натоварване им за транспорт до обекта за окончателното им обезвреждане. Максималното едновременно налично количество за временно съхранение на отпадъци с код 18 01 04 ще бъде до 5 тона.

След като се напълни камерата с опасни /болнични/ отпадъци с код 18 01 03*, пакетирани в термоустойчиви чували с висока пропусклива способност на въздух/пара, в камерата се слага и тест лента — химичен хартиен индикатор за автоклав. В зависимост от избраната програма на 121 или 134 градуса, се слага съответната тест лента, Тези тест ленти са за еднократна употреба и след края на цикъла по автоклавиране, се залепва в специална прономерована, прошнурована книга, за извършване на контрол.

Към информацията за намален обем, чрез процес по автоклавиране с вакуум и последващо съхранение с код D15 на отпадъци: с код 18 01 04 до предаването му за депониране, други дейности по подготовка за депониране не се извършват.

Капацитетът на автоклава за третиране стерилизиране/ е до 30 килограма опасни болнични отпадъци /ОБО/ с код 18 01 03* за един цикъл. За един работен ден при пълно натоварване на трисменен режим /24 часа/ на работа са възможни до 18 цикъла за третиране. Предвид, че не се намалява теглото, а само обемът на третираният отпадъци, то следва третиране на ОБО ще се получи същото количество отпадъци, но с код 18 01 04

Максимален капацитет за третиране на отпадъци в съоръжението / пълно натоварване/;

- За едно денонощие — 540 кг.

- За една година — 189 000 кг.

Питейна вода ще се използва от ВиК мрежата. Процесът по автоклавиране е на принципа на пара под налягане, при които няма отпадъчни води.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

При реализиране на ИП да се стартира процедура съгласно чл. 35, по реда на Глава пета от Закона за управление на отпадъците.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „**Монтиране на машина за извършване на физичен процес по фракциониране на опасни болнични отпадъци с код 18 01 03* за получаване на отпадък с код 18 01 04**“ в поземлен имот с идентификатори **56784.509.150, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив** е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**



При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

