



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-1128(3)/11.07 2018 г.

ДО  
ИЛИЯНА ПЕНЧЕВА ПЕНЕВА – УПРАВТЕЛ НА  
„ТРАНСМЕДИКО“ ЕООД  
гр. Хасково 6300  
ул. „Георги Бенковски“ № 50

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „**Монтиране на машина за извършване на физичен процес по фракционно автоклавиране на опасни болнични отпадъци с код 18 01 03\*, за получаване на отпадък с код 18 01 04**“, в имот № 501.727, град Раковски, община Раковски, област Пловдив

## УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕНЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1128/28.05.2018 г. и допълнителна информация вх. №ОВОС-1128/18.06.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп..*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда монтиране на машина за извършване на физичен процес по фракционно автоклавиране на опасни болнични отпадъци с код 18 01 03\*, за получаване на отпадък с код 18 01 04, в имот № 501.727, град Раковски, община Раковски, област Пловдив.

Машината за автоклавиране е самостоятелно съоръжение, което се монтира в закрито помещение и се подвързва към електрозахранване и чиста питейна вода. Не се нуждае от никаква друга допълнителна инфраструктура. Фракционното автоклавиране е сигурен, безопасен (за хората и околната среда) и икономически обоснован метод за третиране на опасни болнични отпадъци /ОБО/. Съоръжението автоклав ще се използва за третиране на ОБО по смисъла на Наредба 2/2014 за класификация на отпадъците с код 18 01 03\* - отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции, като в резултат на третирането ще се получи отпадък с код 18 01 04 - отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции. Автоклавът за стерилизиране на ОБО функционира с наситена пара като стерилизиращ агент.

Дейностите за постигане на стерилизация са следните:

- Разтоварване в зоната за прием на отпадъци (ОБО) с код 18 01 03\*
- След разтоварването, отпадъците се подреждат и складираат до обработката им, като максималното едновременно налично количество за временно съхранение ще е до 5 тона.
- Приетите отпадъци (ОБО с код 18 01 03\*) се пакетират в термоустойчиви чували с висока пропусклива способност на въздух/пара;
- Чувалите с пакетирани ОБО се изтеглят на везна и се зареждат в стерилизационната камера на автоклава;
- Затваря се херметично вратата на камерата и се включва програмата за стерилизация;



- След края на програмата камерата се отваря и се изваждат чувалите с обработените отпадъци (вече стерилизирани с код 18 01 04) в другата част на помещението към мястото за временно съхранение, до натоварването им на рампата за транспорт до обекта за окончателното им обезвреждане. Максималното едновременно налично количество за временно съхранение на отпадък с код 18 01 04 ще бъде до 10 тона.

След като се напълни камерата с опасни (болнични) отпадъци с код 18 01 03\*, пакетирани в термоустойчиви чували с висока пропусклива способност на въздух/пара, в камерата се слага и тест лента - химичен хартиен индикатор за автоклав. В зависимост от избраната програма на 121 °C или 134 °C, се слага и съответната тест лента. Тези ленти са за еднократна употреба и след края на цикъла по автоклавиране, се залепва в специална прономерована, прошнурована и заверена от РЗИ книга, за извършване на контрол.

Към информацията за намален обем, чрез процес по автоклавиране с предварителен вакуум и последващо съхранение с код D15 на отпадък с код 18 01 04 до предаването му за депониране, други дейности по подготовка за депониране не се извършват.

Капацитетът на автоклава за третиране (стерилизация) е до 100 килограма опасни болнични отпадъци /ОБО/ (с код 18 01 03\*) за един цикъл. За един работен ден при пълно натоварване на трисменен режим (24 часа) на работа са възможни до 18 цикъла за третиране. Предвид, че не се намалява теглото, а само обемът на третираният отпадък, то след третиране на ОБО ще се получи същото количество отпадък, но с код 18 01 04.

**Максимален капацитет за третиране на отпадъци в съоръжението (пълно натоварване):  
- за едно денонощие – 1,8 тона; - за една година – 600 тона.**

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000291 „Гора Шишманци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000291 „Гора Шишманци“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Монтиране на машина за извършване на физичен процес по фракционно автоклавиране на опасни болнични отпадъци с код 18 01 03\*, за получаване на отпадък с код 18 01 04“**, в имот № 501.727, град Раковски, община Раковски, област Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**Димитър Димитров**

За Директор на РИОСВ – Пловдив

Съгласно Заповед №РД-186/05.07.2018 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

